

Till dig som har CPAP- eller hemrespiratorbehandling från Philips

CPAP- och hemrespiratortillverkaren Philips har upptäckt ett problem med det polyuretanskum som används som ljudisolerande material i din behandlingsmaskin. Skummet kan med ålder brytas ner till små partiklar som kan andas in. Vid inandning av dessa partiklar kan reaktioner som irritation i slemhinnor, andningspåverkan och huvudvärk uppstå. Ibland blir dessa partiklar synliga i luftslang eller mask.

I djurstudier har en ökad cancerrisk kopplats till polyuretan. Cancerrisken hos människor är fortfarande oklar men kan vara något förhöjd. Utifrån dagens kunskap kommer en svensk expertgrupp till slutsatsen att patienter med en välfungerande CPAP- eller hemrespiratorbehandling bör fortsätta med denna. Denna bedömning delas av internationella experter och kommer att anpassas när ny kunskap kommer fram.

Åtgärder kring din utrustning

Philips kommer nu att åtgärda de uppkomna problemen med reparation eller utbyte av befintlig utrustning. I väntan på åtgärd kan du fortsätta din behandling eller välja att göra en tillfällig paus. Kontakta din sömn-/respiratormottagning om du tillfälligt vill pausa din behandling.

Argument för att fortsätta med din CPAP/respiratorbehandling

- Andningssvikt
- Svår sömnapné med frekventa andningsuppehåll nattetid och uttalad syrebrist under natten.
- Yrke där en sömnhetsrelaterad olycka får stora konsekvenser (t ex. chaufför, pilot, lokförare, operatör) eller vid frekvent bilkörning i allmänhet.
- Att livs- och sömnkvalitet har förbättrats med behandlingen och exempelvis lett till minskad dagsömnighet och ökad koncentrationsförmåga.
- Vid betydande samsjuklighet där behandling med CPAP/hemventilator har förväntat positiv effekt på andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, hjärtflimmer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Argument för att tillfälligt avsluta din CPAP/hemrespiratorbehandling eller byta till annan behandling. Informera din sömn-/respiratormottagning vid detta beslut.

- Vid andnöd, andningspåverkan, huvudvärk i tydligt tids samband med insatt behandling med Philips andningshjälpmedel (CPAP, hemrespirator)
- Synliga plastpartiklar i masker eller slangar
- Behandling helt utan inverkan på sömn- eller livskvalitet
- Lindrig sömnapné
- Frånvaro av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke eller KOL

Kontakta din mottagning

Vid oklarheter eller frågor kring din behandling, kontakta din sömn- respektive respiratormottagning.