

2016-06-13


Information från Aleris Medilab klinisk kemi

Vår nya automationsbana är nu i drift och vi jobbar för fullt med att få allt att fungera bättre.



En av de saker som ställer till problem är att vissa rör har felaktigt påklitrade streckkoder. Det är viktigt att etiketten sitter rätt, annars blir det stop i flödet på automationsbanan. Bilden nedan i verklig storlek visar hur etiketten ska sitta, etiketten ska sitta rakt ca 6 mm från botten.

För urinprover önskar vi framöver att ni skickar provet i mindre Sarstedtsrör (se bilden till höger). Röret på bilden har ref 55.475 och korken ref 65.806, båda från Sarstedt.



Rätt rör.

Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60.

Cecilia Gälman
Laboratoriechef
Klinisk kemi

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 8 500 medarbetare och omsätter närmare 7 miljarder kronor.

Aleris Medilab
Besöksadress Centrallaboratoriet: Nytorpsvägen 30, Näsbypark. Postadress: Box 1550, 183 15 Täby
Tel +46 8 123 191 00 Fax +46 8 123 191 04 E-post medilab@aleris.se