



2017-02-01

Information från Aleris Medilab

Efter bytet av instrument 160530 till Beckman Coulter har vi uppmärksammat att några metoder skiljer sig jämfört mot tidigare Abbott-metoder. Vi har sett över det och planerar att göra följande förändringar:

S-Alkalisk fosfatas (ALP): Den nuvarande metoden ger högre resultat, vi har haft dialog med Beckman och kommer att justera metoden med en faktor. Införandet av faktorn planeras ske 170202.

S-LDL-kolesterol: Den nuvarande metoden ger högre resultat, och vi kommer att justera metoden med en faktor. Införandet av faktorn planeras ske 170202.

S-Albumin: Referensintervallet för vuxna kommer att ändras 170202 enligt tabell nedan då nuvarande metod ger något högre resultat.

	Tidigare referensintervall	Nytt referensintervall
19 - 40 år	36 - 48	35 - 50
41 - 70 år	36 - 45	35 - 47
>70 år	34 - 45	33 - 47

S-Calcium: Under perioden 161215 till 170122 kan Calciumresultaten vara ca 6% högre än tidigare. Orsaken till detta var att en reagenslot för Calcium gav högre resultat. Reagensloten är nu utbytt och den nuvarande loten ger resultat i likhet med innan 161215.

Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60.

Cecilia Gälman
Laboratoriechef
Klinisk kemi

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi

Aleris är ett privat vård-och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 10 000 medarbetare och omsätter närmare 8,5 miljarder kronor.

Aleris Medilab

Besöksadress Centrallaboratoriet: Nytorpsvägen 30, Näsbypark.
Postadress: Box 1550, 183 15 Täby.
Tel: +46 8 123 191 00, Fax: +46 8 123 191 04, E-post: medilab@aleris.se

